

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------|
| | SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Querétaro | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | Página 1 de 16 |
| Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de Inicio de vigencia: 06/09/2022 | Código: U540-DSMH-HGQ-P08-IT06 | |

I. Objetivo

Establecer las actividades y secuencia para la solicitud, proceso de lavado, desinfección y entrega de material e instrumental de la Central de Esterilización y Equipos (CEyE), para apoyar las necesidades de los servicios que así lo requieran, permitiendo generar orden, abastecimiento y disponibilidad de los mismos para los procedimientos y la práctica de los eventos quirúrgicos, buscando la eficacia y el servicio continuo y oportuno.

II. Actividades

Encargada de enfermeras de CEyE

- Asignar funciones al personal de CEyE; supervisando y asegurando que cumplan con responsabilidad y garantizando el derecho a la protección de la salud de la población y la suya de acuerdo a las Normas.
- Organizar y dirigir al personal a su cargo vigilando el cumplimiento de las funciones requisitos, actividades y lineamientos asignados y establecidos en la presente Instrucción de Trabajo y normativa vigente.
- Vigilar que en CEyE se cumpla el objetivo de obtener, centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo, canje, ropa quirúrgica e instrumental médico quirúrgico a los servicios asistenciales del Hospital General de Querétaro.
- Delimitar las secciones rojas donde se realiza la limpieza y desinfección del material. El área azul donde los utensilios son envueltos para su esterilización y el área verde donde con una temperatura y humedad óptima los utensilios son almacenados para evitar su contaminación.
- Difundir al personal involucrado la presente instrucción de trabajo y mantenerla actualizada.
- Revisar la Hoja de Programación Quirúrgica al inicio del turno para elaborar plan de trabajo.
- Gestionar el abastecimiento de insumos e instrumental quirúrgico con el almacén interno del hospital.
- Promover el cuidado del instrumental.
- Resguardar los materiales, soluciones antisépticas, textiles y materiales de consumo.
- Vigilar la correcta manipulación del material estéril que se encuentre en el área limpia debidamente señalizada, manteniéndolo en muebles cerrados así como que el área sea de bajo tránsito.
- Capacitar con relación a la entrega del material sucio y lo que se debe hacer ante la contaminación del material estéril.
- Controlar las bajas para el reaprovisionamiento en la bitácora correspondiente.
- Coordinar las actividades de las enfermeras de CEyE para el lavado, desinfección, esterilización y entrega de equipo de acuerdo con métodos de esterilización, normas e instructivos autorizados.
- Recibir y entregar materiales de proveedores externos antes y después del procedimiento quirúrgico.
- Supervisar que se cumplan los lineamientos establecidos en ésta Instrucción de Trabajo
- Asistir y contribuir a los programas de Educación Continua y de Investigación en el servicio
- Conservar en existencia la cantidad necesaria que permita surtir a los servicios, teniendo dotación para las 24 horas del día y considerar los casos de urgencias.

Enfermera de CEyE

- Recibir solicitud y realizar la entrega de materiales. En la hoja de Trazabilidad por cirugía.
- Esterilizar los materiales.
- Ordenar los materiales de acuerdo a sus especialidades.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hoja General de Circulación | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | Página 2 de 16 |
| Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de Inicio de vigencia: 06/09/2022 | Código: U540-DSMH-HGQ-P08-IT06 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Realizar lavado, secado, envoltura e identificar los materiales de acuerdo a su clasificación del tipo material o instrumental quirúrgico. <p>Responsable de enfermería de quirófano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar y dirigir al personal a su cargo supervisando el cumplimiento de las funciones asignadas. • Vigilar que se cumplan los lineamientos establecidos en esta Instrucción de Trabajo e. • Revisar la Hoja de Programación Quirúrgica al inicio del turno para elaborar plan de trabajo. • En base a la programación quirúrgica agendada, coordina con la con la enfermera quirúrgica, la preparación de la sala y verificar su equipamiento para realizar el evento quirúrgico. • Reportar a la jefatura de enfermería, los faltantes y fallas de material y equipos que representen un riesgo para el paciente y para el propio personal. • Identificar al paciente de acuerdo a las Acciones esenciales para la seguridad del paciente. <p>Enfermera quirúrgica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entregar el material limpio y seco a la CEYE para el proceso de esterilización. • Recibir el material estéril de CEYE. • Revisar el Material Quirúrgico que va a ser procesado en los antisépticos necesarios. • Revisar que los antisépticos estén preparados de acuerdo con los criterios del proveedor. • Realizar el lavado y secado del instrumental quirúrgico. <p>Enfermera circulante de quirófano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparar el detergente enzimático bacteriano de acuerdo a lo establecido con el proveedor • Realizar la cuenta de materiales textiles y quirúrgicos con la enfermera quirúrgica. <p>Enfermera de diferentes servicios externos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar solicitud de materiales de insumo y/o material de curación en el formato "Solicitud de material de CEyE". • Recibir material estéril. • Lavar, secar, envolver y entregar los materiales de su servicio para que sean esterilizados. <p>III. Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> • En todo momento se deberá privilegiar la calidad y seguridad de la atención del paciente. • Todo material o instrumental que sea solicitado a CEYE deberá ser anotado en la "Hoja de registro de trazabilidad por cirugía" y/o en la "Solicitud de material de CEyE" según sea el caso. • Todo material quirúrgico que se preste a servicios externos deberá realizarse firmando vale de adeudo y entregando la credencial del hospital de la persona que se hace responsable. • El material o instrumental de quirófano que se deba entregar a CEyE deberá estar limpio y seco y sin empaques. • En caso de solicitar material o instrumental y no sea utilizado, se deberá procesar y entregar a CEyE, sin empaques limpio y seco. • Mantener cerradas todas las ventanas de transferencia de CEyE a hospitalización y quirófano y viceversa. Salvo para la entrega y recepción de material y cuando sea absolutamente necesario para evitar la contaminación del instrumental. • Los materiales específicos de proveedores, deberán entregarse y recibirse en caja hermética. | | |


| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
|  SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Durazno | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | | Página 3 de 16 |
| | Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de inicio de vigencia: 06/09/2022 | Código: U540-DSMH-HGQ-P08-IT06 |

- El personal de enfermería de CEyE deberá corroborar que el material entregado por el personal de enfermería de quirófano y servicio externo se encuentre completo. Verificando uno a uno y corroborando que se encuentre completo.
- Los servicios diferentes a quirófano son poseedores de su material y/o instrumental.
- Almacenar en CEyE por tiempo indefinido el ticket indicador de la esterilización que proporciona la autoclave.
- El personal de Enfermería, periódicamente reportará por escrito a través de un memorando a la Unidad de Operaciones y a la Unidad de Recursos Financieros e Insumos la solicitud de mantenimiento o cambio del instrumental.
- En caso de extravío o daño del material e instrumental, causado de forma intencional o por negligencia, el resguardante deberá cubrir el costo correspondiente, conforme la cotización actualizada que presente el proveedor.

IV. Procedimientos

1. Procedimiento para solicitar material e instrumental a CEYE.


| RESPONSABLE | No. Act. | DESCRIPCIÓN |
|--|----------|--|
| Responsable de enfermería de quirófano | 1 | De acuerdo a la secuencia para la práctica de eventos quirúrgicos, revisa la programación quirúrgica para preparar la sala, permitiendo el abastecimiento y disponibilidad de los equipos e instrumental. |
| | 2 | Verifica el formato: Solicitud, registro y autorización de intervención quirúrgica U500-DSMH-F07 que corresponda con lo programado y datos del paciente. |
| | 3 | Verifica que el expediente del paciente programado, se encuentre completo y con consentimientos informados firmados y laboratorios. |
| | 4 | Solicita información clínica del paciente a Enfermera encargada de Hospitalización y revisa que el paciente esté en condiciones para pasar a procedimiento quirúrgico. ¿Está en condiciones? |
| | 4.A | No. Informa a Cirujano y Anestesiólogo. |
| Médico cirujano | 4.A.1 | Difiere procedimiento quirúrgico y reprograma cita para procedimiento quirúrgico, informa al paciente que vuelva en la fecha programada. FIN |
| Responsable de enfermería de quirófano | 4.B | Si. Notifica a enfermera Quirúrgica y circulante Interna para equipamiento de sala. |





|  <p>SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Querétaro</p> | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | Página 4 de 16 |
|--|---|---|
| Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de Inicio de vigencia: 06/09/2022 | Código: U540-DSMH-HGQ-P08-IT06 |
| RESPONSABLE | No. Act. | DESCRIPCIÓN |
| Enfermera circulante | 5 | Realiza sanitización de sala de operaciones con alcohol. |
| | 6 | Corroborar funcionamiento de equipo biomédico, tomas de gases medicinales y equipamiento de la sala. |
| | 7 | Notifica a Enfermera encargada de Quirófano equipamiento correcto de la sala. |
| Enfermera quirúrgica | 8 | Verifica: 1.- Programación Quirúrgica U500-DSMH-F137, 2.-El formato "Solicitud, registro y autorización de intervención quirúrgica" U500-DSMH-F07. 3.- De acuerdo a procedimiento, solicita instrumental con el formato "Solicitud de material a CEYE". |
| | 9 | Realiza el llenado de la Hoja de registro de trazabilidad por cirugía a CEYE. |
| | 10 | Anota todos los datos solicitados en Hoja de registro de trazabilidad por cirugía, el instrumental quirúrgico y material de consumo necesario para el procedimiento quirúrgico. |
| | 11 | Entrega Hoja de registro de trazabilidad por cirugía a enfermera de CEYE con el material e instrumental solicitado. |
| Enfermera de CEyE | 12 | Surte material con apoyo de Hoja de registro de trazabilidad por cirugía el instrumental requerido. |
| Enfermera quirúrgica | 13 | Recibe material de enfermera de CEYE y verifica que se encuentre completo lo solicitado. |
| | 14 | Traslada a sala de quirófano el material e instrumental. |
| | 15 | Acomoda todo el material solicitado en la sala para el procedimiento. |
| | 16 | Notifica a Enfermera Encargada de Quirófano tener el material e instrumental necesario para el procedimiento quirúrgico. |
| Responsable de enfermería de quirófano | 17 | Solicita paciente a Enfermera Encargada de Hospitalización para realizar procedimiento quirúrgico. FIN |





|  <p>SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Querétaro</p> | <p>Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE.</p> | <p>Página 6 de 16</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|----------------------|---|--|----------------------|---|---|----------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|----|--|------|---|------|--|--|----|--|--|----|--|-------------------|----|---|--|----|--|--|
| <p>Fecha de validación: 06/09/2022</p> | <p>Fecha de inicio de vigencia: 06/09/2022</p> | <p>Código: U540-DSMH-HGQ-P08-IT06</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. Procedimiento para lavado y desinfección de material e instrumental, posterior a procedimiento quirúrgico en el HGQ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>RESPONSABLE</th> <th>No. Act.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enfermera quirúrgica</td> <td>1</td> <td>Una vez terminado el procedimiento quirúrgico recoge el material punzocortante (agujas, bisturíes y otros) y los desecha en el contenedor correspondiente al manejo de RPBI.</td> </tr> <tr> <td>Enfermera circulante</td> <td>2</td> <td>Prepara el detergente enzimático como lo indica la ficha técnica.</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Enfermera quirúrgica</td> <td>3</td> <td>Desmonta las pinzas e instrumental desarmable como separadores con valvas, guías de cánulas, trocars.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Coloca todo el instrumental en pana preparada con detergente enzimático y lo sumerge con pinzas abiertas y desarmadas (excepto pinzas de campo).</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Deja actuar el detergente enzimático de acuerdo a tiempo recomendado por el fabricante.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Se traslada con pana tapada al área de prelavado después del tiempo establecido por el fabricante para eliminar restos de materia orgánica de todo el instrumental utilizado en el procedimiento quirúrgico.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Coloca equipo de protección para iniciar el lavado (mandil impermeable, lentes, guantes y mascarilla).</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Realiza limpieza con cepillo a través de arrastre mecánico, observando todas las zonas con el fin de eliminar cualquier resto de sangre o residuo.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Inspecciona todo el instrumental procesado verificando que no existan restos de materia orgánica.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Procede a un enjuague minucioso y revisa que el instrumental este limpio y sin restos de materia orgánica. ¿El instrumental está limpio?</td> </tr> <tr> <td>10.A</td> <td>No. Realiza nuevamente lavado. Pasa al No. Act 8.</td> </tr> <tr> <td>10.B</td> <td>Si. Seca instrumental minuciosamente poniendo atención en bisagras de pinzas.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>Arma el equipo para la entrega, armando del instrumental más pequeño al más grande de izquierda a derecha conforme al listado y lo coloca en caja hermética.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12</td> <td>Traslada el instrumental prelavado en carro Pasteur al área de CEyE.</td> </tr> <tr> <td>Enfermera de CEyE</td> <td>13</td> <td>Recibe material con apoyo de la Hoja de registro de trazabilidad por cirugía y corrobora que este completo.</td> </tr> <tr> <td>Responsable de enfermería de quirófano</td> <td>14</td> <td>Supervisa que el procedimiento se efectuó cumpliendo los pasos y actividades establecidas. FIN</td> </tr> </tbody> </table> | RESPONSABLE | No. Act. | DESCRIPCIÓN | Enfermera quirúrgica | 1 | Una vez terminado el procedimiento quirúrgico recoge el material punzocortante (agujas, bisturíes y otros) y los desecha en el contenedor correspondiente al manejo de RPBI. | Enfermera circulante | 2 | Prepara el detergente enzimático como lo indica la ficha técnica. | Enfermera quirúrgica | 3 | Desmonta las pinzas e instrumental desarmable como separadores con valvas, guías de cánulas, trocars. | 4 | Coloca todo el instrumental en pana preparada con detergente enzimático y lo sumerge con pinzas abiertas y desarmadas (excepto pinzas de campo). | 5 | Deja actuar el detergente enzimático de acuerdo a tiempo recomendado por el fabricante. | 6 | Se traslada con pana tapada al área de prelavado después del tiempo establecido por el fabricante para eliminar restos de materia orgánica de todo el instrumental utilizado en el procedimiento quirúrgico. | 7 | Coloca equipo de protección para iniciar el lavado (mandil impermeable, lentes, guantes y mascarilla). | 8 | Realiza limpieza con cepillo a través de arrastre mecánico, observando todas las zonas con el fin de eliminar cualquier resto de sangre o residuo. | 9 | Inspecciona todo el instrumental procesado verificando que no existan restos de materia orgánica. | 10 | Procede a un enjuague minucioso y revisa que el instrumental este limpio y sin restos de materia orgánica. ¿El instrumental está limpio? | 10.A | No. Realiza nuevamente lavado. Pasa al No. Act 8. | 10.B | Si. Seca instrumental minuciosamente poniendo atención en bisagras de pinzas. | | 11 | Arma el equipo para la entrega, armando del instrumental más pequeño al más grande de izquierda a derecha conforme al listado y lo coloca en caja hermética. | | 12 | Traslada el instrumental prelavado en carro Pasteur al área de CEyE. | Enfermera de CEyE | 13 | Recibe material con apoyo de la Hoja de registro de trazabilidad por cirugía y corrobora que este completo. | Responsable de enfermería de quirófano | 14 | Supervisa que el procedimiento se efectuó cumpliendo los pasos y actividades establecidas. FIN | |
| RESPONSABLE | No. Act. | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfermera quirúrgica | 1 | Una vez terminado el procedimiento quirúrgico recoge el material punzocortante (agujas, bisturíes y otros) y los desecha en el contenedor correspondiente al manejo de RPBI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfermera circulante | 2 | Prepara el detergente enzimático como lo indica la ficha técnica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfermera quirúrgica | 3 | Desmonta las pinzas e instrumental desarmable como separadores con valvas, guías de cánulas, trocars. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Coloca todo el instrumental en pana preparada con detergente enzimático y lo sumerge con pinzas abiertas y desarmadas (excepto pinzas de campo). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Deja actuar el detergente enzimático de acuerdo a tiempo recomendado por el fabricante. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Se traslada con pana tapada al área de prelavado después del tiempo establecido por el fabricante para eliminar restos de materia orgánica de todo el instrumental utilizado en el procedimiento quirúrgico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Coloca equipo de protección para iniciar el lavado (mandil impermeable, lentes, guantes y mascarilla). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Realiza limpieza con cepillo a través de arrastre mecánico, observando todas las zonas con el fin de eliminar cualquier resto de sangre o residuo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Inspecciona todo el instrumental procesado verificando que no existan restos de materia orgánica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Procede a un enjuague minucioso y revisa que el instrumental este limpio y sin restos de materia orgánica. ¿El instrumental está limpio? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.A | No. Realiza nuevamente lavado. Pasa al No. Act 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.B | Si. Seca instrumental minuciosamente poniendo atención en bisagras de pinzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Arma el equipo para la entrega, armando del instrumental más pequeño al más grande de izquierda a derecha conforme al listado y lo coloca en caja hermética. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Traslada el instrumental prelavado en carro Pasteur al área de CEyE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfermera de CEyE | 13 | Recibe material con apoyo de la Hoja de registro de trazabilidad por cirugía y corrobora que este completo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable de enfermería de quirófano | 14 | Supervisa que el procedimiento se efectuó cumpliendo los pasos y actividades establecidas. FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
|  SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Ministerio Central de Descentralización | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | | Página 8 de 16 |
| | Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de Inicio de vigencia: 06/09/2022 | Código: U540-DSMH-HGQ-P08-IT06 |


3. Procedimiento para devolver material e instrumental de quirófano a CEyE.

| RESPONSABLE | No. Act. | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|----------|--|
| Enfermera circulante | 1 | Preparará el detergente enzimático de acuerdo a la ficha técnica. |
| Enfermera quirúrgica | 2 | Sumerge el material e instrumental en el detergente enzimático por el tiempo determinado por la ficha técnica. |
| | 3 | Realiza prelavado, seca y traslada el material e instrumental a CEyE. |
| Enfermera de CEyE | 4 | Recibe, coteja el material e instrumental quirúrgico pieza por pieza y lo registra en la bitácora. ¿El material entregado está completo? |
| | 4.A | Si. Recibe, registra y firma de conformidad. FIN |
| | 4.B | No. Verifica nuevamente instrumental y material cotejando lo anotado contra lo entregado y si sigue incompleto realiza segunda verificación. ¿Está completo el instrumental y material entregado? |
| | 4.B.1 | Si. Pasa al No Act 4.A. |
| | 4.B.2 | No. Solicita vale de adeudo. |
| | 5 | Se realiza memorándum a la jefatura de enfermería para su seguimiento. FIN |










| | | |
|--|---|---|
|  SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Querétaro | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | Página 10 de 16 |
| | Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de Inicio de vigencia: 06/09/2022 |

4. Procedimiento para entrega de material e instrumental de servicios de hospitalización a CEyE.

| RESPONSABLE | No. Act. | DESCRIPCIÓN |
|--|----------|--|
| Enfermera de servicio de hospitalización | 1 | Prepara el detergente enzimático de acuerdo a la ficha técnica. |
| | 2 | Sumerge el material e instrumental en el detergente enzimático por el tiempo determinado por la ficha técnica. |
| | 3 | Lava, seca, envuelve e identifica con cinta testigo. |
| | 4 | Entrega el material y/o instrumental a la enfermera de la CEyE. |
| Enfermera de CEyE | 5 | Recibe material y/o instrumental. Y es registrado en la bitácora de entrega recepción. |
| FIN | | |




A-1
 A
 B
 B
 B

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Querétaro | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | Página 11 de 16 |
| | | Fecha de validación: 06/09/2022 |

v. Control de Cambios

| REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|----------|------------|---|
| A | 06/09/2022 | Elaboración y revisión de la instrucción de trabajo. Validación departamento de organización. |
| | | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|--|
|  Dr. Ricardo Lerna Alvarado, Jefe del Servicio de Cirugía |  Sandra Margarita Nieves Torres, Analista de información, Departamento de organización, desarrollo e informática. |  Dr. Leopoldo Francisco Espinoza Feregrino, Director del Hospital General de Querétaro |
|  Dra. Rosario Hernández Vargas, Responsable de Control Documental del Hospital General de Querétaro |  MDHO Dulce María Ramírez Saavedra, Jefa de Departamento de organización, desarrollo e informática | |



VI. Anexos

| | | |
|--|---|---|
|  SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ Hospital General de Querétaro | Instrucción de trabajo para solicitud, lavado, desinfección y entrega de material e instrumental a CEyE. | Página 12 de 16 |
| | Fecha de validación: 06/09/2022 | Fecha de Inicio de vigencia: 06/09/2022 |

1. Solicitud, registro y autorización de intervención quirúrgica U500-DSMH-F07

Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios. Área Médica
Solicitud, registro y autorización de intervención quirúrgica
 (U500-DSMH-F07)

Autorización del Paciente:

Autorizo a los médicos de la presente unidad médica a cargo de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, para que efectúen los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para el alivio y/o curación de mi padecimiento, en inteligencia de que conozco los beneficios, riesgos y posibles complicaciones a los que estoy sujeto (a) por medio del procedimiento quirúrgico y anestésico, al cual será sometido (a).

Nombre del paciente o representante legal

Firma del paciente o representante legal

Ficha de identificación del Paciente

Fecha de elaboración de la solicitud: ____/____/____

Cama: _____ Sexo: Fem. () Masc. () No. de expediente: _____

Nombre: _____

Edad: _____ Grupo Sanguíneo: _____ Rh: _____

Procedencia: Cirugía ambulatoria () Urgencias () Hospitalización ()

Tiempo quirúrgico aproximado: _____ Sala: _____

Procedimiento a realizar

Fecha de cirugía: ____/____/____ Hora: _____

Diagnóstico Pre Quirúrgico: _____

Cirugía proyectada: _____

Electivo () Urgencia* ()

Se solicita Estudio de Patología: Trans operatorio ()

Ordinario () Nombre y firma del médico adscrito que programó la cirugía.

*En caso de pacientes que ingresen por urgencias de ginecología para cesárea, no necesariamente operará el médico que programa y es válida la segunda opinión.

Equipo Quirúrgico

Cirujano: _____ Nombre _____ Firma _____

Anestesiólogo: _____

Pediatra: _____

Primer ayudante: _____

Segundo ayudante: _____

Enfermera Instrumentista: _____

Enfermera Circulante: _____

Diagnóstico Post-Quirúrgico: _____

Cirugía Realizada: _____

Anestesia Administrada: _____



